

令和8年6月12日

一般社団法人日本透析医学会
会員施設 各位
公益社団法人日本透析医会
会員施設 各位

一般社団法人日本透析医学会
理事長 友 雅司
公益社団法人日本透析医会
会長 山川 智之

透析用カニューラ（穿刺針）の供給に関するお知らせとお願い

平素より日本透析医学会および日本透析医会の活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

2026年5月28日、モザークメディカルジャパン合同会社の透析用カニューラ製造に関連する滅菌設備において火災が発生し、同社製透析用カニューラの供給に影響が生じる可能性が高いことが報告されております。

透析用カニューラは血液透析の実施に不可欠な医療材料であり、供給不足が生じた場合には全国の透析医療提供体制に重大な影響を及ぼすことが懸念されます。

現在、関係省庁、関係団体および製造販売業者において安定供給に向けた対応が進められておりますが、今後の供給状況によっては、モザークメディカルジャパン合同会社製品をご使用中の施設において、他社製透析用カニューラへの切り替えをお願いする場合があります。

また、代替製品の供給にあたっては、各施設が現在使用している製品と必ずしも同一仕様の製品を確保できない可能性があります。例えば、安全機能付き透析用カニューラをご使用の施設においても、一時的に安全機能を有しない透析用カニューラ等、通常使用している製品とは異なる仕様の製品をご使用いただく必要が生じる場合があります。

透析医療を継続するためには、まず透析用カニューラそのものを確保することが最優先となります。会員施設におかれましては、製品の仕様や形状等について可能な範囲で柔軟にご対応いただき、代替製品の受入れにご協力いただきますようお願い申し上げます。

なお、代替製品をご使用いただく際には、各製品の添付文書および使用方法をご確認いただくとともに、医師、看護師、臨床工学技士等の関係職員への十分な周知をお願いいたします。特に安全機能の有無や操作方法が異なる製品を使用する場合には、針刺し防止を含めた安全管理の徹底をお願いいたします。

現時点では直ちに供給が停止する状況にはないため、必要量に見合った範囲でご発注いただき、過剰な発注はお控えいただきますようお願いいたします。

日本透析医学会および日本透析医会では、今後も関係機関と連携しながら情報収集を行い、必要な情報について速やかに会員施設へお知らせしてまいります。

会員施設の皆様におかれましては、本件の趣旨をご理解いただき、透析医療の継続と患者安全の

確保のため、ご協力賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

当該製造販売業者および代替製造販売業者の連絡窓口を下記に記載いたします。各会員施設におかれましては、必要に応じてご連絡いただきますようお願いいたします。

なお、本事案に関するお問い合わせは販売業者のお問い合わせフォームへお願いいたします。

日本透析医学会事務局および日本透析医会事務局へのお問い合わせはお控えくださいますようお願いいたします。

【モザークメディカルジャパン合同会社 情報発信ページ、お問合せフォーム】

情報発信ページ	https://renal-board.mozarcmedical.com/library/MTA0MTM5 
お問い合わせ窓口	Renal-Board™ お問い合わせフォーム https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=18i9IxU3-0CwjsT-efAE335Yy8mP7XhL10mj_ch-SKRUN1RGWDBMwTA2QT1QSDdOMDBLQ0JaMFpLTS4u 

【メディキット株式会社 お問い合わせフォーム】

お問合せ窓口	https://ws.formzu.net/fgen/S927457835/ 
--------	--